



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: BIOLISA LEISHMANIOSE VISCERAL
Cód. Referência: K210
Lote: 5
Fabricação: 06/2021
Validade: 06/2022
Registro ANVISA: 10269360317

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	8162021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	8172021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	8182021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	8192021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	8202021	Positivo	Positivo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 24/06/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br