

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **VDRL PRONTO PARA USO**
Cód. Referência: **K045**
Lote: **387**
Fabricação: **12/2020**
Validade: **11/2021**
Registro ANVISA: **10269360120**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	13552020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	14062020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	14072020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	11552020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	14092020	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/12/2020



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br