

## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA LEISHMANIOSE IGG**

Cód. Referência: **VET0**

Lote: **1-19**

Fabricação: **08/2019**

Validade: **08/2020**


Registro ANVISA:

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra  | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| SVET 01                   | V0352019 | Positivo           | Positivo             |
| SVET 02                   | V0362019 | Positivo           | Positivo             |
| SVET 03                   | V0452019 | Negativo           | Negativo             |
| SVET 04                   | V0462019 | Negativo           | Negativo             |
| SVET 05                   | V0472019 | Negativo           | Negativo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/08/2019

  
Sílvia Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico  
Controle da Qualidade