



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA LEISHMANIOSE IGG**

Cód. Referência: **VET0**

Lote: **3-19**

Fabricação: **10/2019**

Validade: **10/2020**

Registro ANVISA:

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SVET 01	v0352019	Positivo	Positivo
SVET 02	V0362019	Positivo	Positivo
SVET 03	V0372019	Positivo	Positivo
SVET 04	V0452019	Negativo	Negativo
SVET 05	V0462019	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/11/2019


Sílvia Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico
Controle da Qualidade

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br