



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA LEISHMANIOSE IGG**
Cód. Referência: **VET0**
Lote: **4-19**
Fabricação: **12/2019**
Validade: **12/2020**
Registro ANVISA: **10.264/2019**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SVET 01	V0402019	Positivo	Positivo
SVET 02	V0412019	Positivo	Positivo
SVET 03	V0542019	Negativo	Negativo
SVET 04	V0512019	Negativo	Negativo
SVET 05	V0532019	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/01/2020

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade