



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: VETLISA LEISHMANIOSE IGG
Cód. Referência: VET043
Lote: 5/21
Fabricação: 06/2021
Validade: 06/2022
Registro MAPA: 10.264/2019

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V1882020	Positivo	Positivo
SORO VET 02	V1912020	Negativo	Negativo
SORO VET 03	V1922020	Positivo	Positivo
SORO VET 04	V1932020	Positivo	Positivo
SORO VET 05	V1942020	Positivo	Positivo
SORO VET 06	V2002020	Positivo	Positivo
SORO VET 07	V0622021	Positivo	Positivo
SORO VET 08	V0632021	Negativo	Negativo
SORO VET 09	V0642021	Negativo	Negativo
SORO VET 10	V0652021	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 14/07/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br