

PRODUTO: **ÍONS POTÁSSIO AUTOMAÇÃO**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K131**

LOTE: **37**

FABRICAÇÃO: **04/2023**

VALIDADE: **04/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360209**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N 0077	3,3	3,5
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P 0058	7,3	7,4
SORO HUMANO 01	5302023	3,8	4,1
SORO HUMANO 02	5322023	4,2	4,3
SORO HUMANO 03	5332023	4,2	4,0
SORO HUMANO 04	5362023	3,8	3,9
SORO HUMANO 05	5382023	3,8	3,8

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 10/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade