



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **ALBUMINA MONORREAGENTE/ALBUMINA MONOREACTIVO/ALBUMIN SINGLE REAGENT**  
 REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K304**  
 LOTE/Lot: **1**  
 FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **03/2025**  
 VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **03/2027**  
 REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360376**

### Controle de Qualidade do Produto

### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                   | Faixa aceitável<br>Rango aceptable / Acceptable range:                                  | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE FUNCIONAL</b><br>ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS      | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ASPECTOS VISUAIS</b><br>ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS             | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b><br>ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE        | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>0,127</b>                                              |
| <b>LINEARIDADE</b><br>LINEALIDAD/LINEARITY                              | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>FATOR DE CALIBRAÇÃO</b><br>FACTOR DE CALIBRACIÓN /CALIBRATION FACTOR | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>0,0008</b>                                             |
| <b>CONTROLE NÍVEL 1</b><br>CONTROL DE NIVEL 1/LEVEL 1 CONTROL           | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>CONTROLE NÍVEL 2</b><br>CONTROL DE NIVEL 2/LEVEL 2 CONTROL           | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.  
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 04/04/2025

*Barbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG