



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **AMILASE G7 IFCC**
Cód. Referência: **K242**
Lote: **8**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360336**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	57,000	57,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	470,000	475,000
SORO HUMANO 01	12402022	35,333	35,000
SORO HUMANO 02	12412022	52,333	51,000
SORO HUMANO 03	13422022	95,333	94,667
SORO HUMANO 04	12432022	112,667	111,500
SORO HUMANO 05	12442022	60,333	59,333
SORO VET 01	V2552022	681,333	668,333
SORO VET 02	V2562022	1087,330	1072,330
SORO VET 03	V2572022	848,333	828,333
SORO VET 04	V2582022	1332,000	1317,000
SORO VET 05	V2592022	1254,000	1251,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/12/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br