



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **AMILASE G7 IFCC**
Cód. Referência: **K242**
Lote: **9**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360336**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	64,000	63,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	480,000	487,667
SORO HUMANO 01	7332023	62,667	64,000
SORO HUMANO 02	7312023	78,000	81,333
SORO HUMANO 03	7302023	65,000	67,000
SORO HUMANO 04	7572023	60,667	63,000
SORO HUMANO 05	7512023	102,667	104,333
SORO VET 01	V0762023	810,667	831,333
SORO VET 02	V0772023	247,000	235,000
SORO VET 03	V0792023	869,000	890,667
SORO VET 04	V0802023	988,667	1030,330
SORO VET 05	V0812023	964,667	982,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br