



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **46**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	3492022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	3502022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	2016/664	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	2016/059	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	2016/886	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	2016/077	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	2016/806	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	2016/830	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	2016/085	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	2016/670	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	2016/067	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	2016/078	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	2016/046	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	2016/080	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	2016/864	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	2016/679	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	2016/821	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	2016/881	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	2016/839	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	2016/074	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br