



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **47**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	5182022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	4982022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	4992022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	5002022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	5012022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	5082022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	5272022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	5072022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	5192022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	5062022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	5172022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	5052022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	5092022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	5042022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	5262022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	5232022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	5122022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	5132022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	3502022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 20	3482022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 30/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br