



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **48**
Fabricação: **06/2022**
Validade: **06/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	5722022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	5702022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	5732022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	5692022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	5832022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	5712022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	5752022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	5762022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	5772022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	5782022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	5792022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	5802022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	5812022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	5822022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	5842022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	5852022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	5862022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	5872022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	3492022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 20	3502022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/06/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br