



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **49**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	7192022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	7222022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	7202022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	7262022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	7332022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	7172022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	7342022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	7252022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	7322022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	7242022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	7232022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	7352022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	7292022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	7142022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	7212022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	7302022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	7362022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	7272022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	3492022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 20	3502022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br