



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **53**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	5492023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	5502023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	5512023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	5522023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	5532023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	5562023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	5572023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	5612023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	14692022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	3532023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	4192023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	5542023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	5552023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	3502023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	3452023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	3612023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	3492023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	3982023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 19	3972023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 20	3962023	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/05/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br