



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **54**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **12/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	3892023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	3902023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	4022023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	3962023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	2712023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	7342023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	7352023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	7362023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	7372023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	7382023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	7122023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	7182023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	7192023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	7202023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	7212023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	7392023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	7222023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	7232023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	7242023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	7252023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/06/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br