



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**  
Cód. Referência: **K130**  
Lote: **55**  
Fabricação: **07/2023**  
Validade: **01/2025**  
Registro ANVISA: **10269360203**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| SORO HUMANO 01            | 4002023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 02            | 3962023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 03            | 3902023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 04            | 3892023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 05            | 6142023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 06            | 6342023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 07            | 6282023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 08            | 6292023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 09            | 6302023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 10            | 6312023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 11            | 6152023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 12            | 6162023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 13            | 6172023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 14            | 6182023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 15            | 6192023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 16            | 6202023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 17            | 6212023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 18            | 6222023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 19            | 6232023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 20            | 6242023 | Negativo           | Negativo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/07/2023

*Barbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br