



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **56**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	4002023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	3962023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	3902023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	3892023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	6142023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	6342023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	6282023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	6292023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	6302023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	6312023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	6152023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	6162023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	6172023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	6182023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	6192023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	6202023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	6212023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	6222023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	6232023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	6242023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br