



Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Produto / Product: **BIOCLIN POCT FIA CK-MB/BIOCLIN POCT FIA CK-MB/BIOCLIN POCT FIA CK-MB**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K281**

LOTE/Lot: **3**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **02/2025**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **03/2026**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360438**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): **10/02/2025**

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG