



## Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA HCV DBS/BIOLISA VHC DBS/BIOLISA HCV DBS**REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K245**LOTE/Lot: **6**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **12/2025**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **12/2026**REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360435**

### Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b> ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	<b>&lt; 0,120</b>	<b>0,035</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO DBS</b> CONTROL DE ABSORBANCIA NEGATIVA DBS/ABSORBANCE NEGATIVE DBS CONTROL	<b>&lt; 0,120</b>	<b>0,040</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO DBS</b> CONTROL DE ABSORBANCIA DBS POSITIVO/ABSORBANCE CONTROL POSITIVE DBS	<b>&gt; 0,500</b>	<b>2,526</b>

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 18/12/2025

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

9.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG