



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA SÍFILIS AC TOTAL**
Cód. Referência: **K240**
Lote: **12**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360343**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	9782023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 02	9792023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 03	9802023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 04	9812023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 05	9822023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 01	5652023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	5662023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	7842022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	7852022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	7862022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	14392022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	13982021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	14002021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	13992021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	14382022	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/07/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br