

Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGG/BIOLISA TOXOPLASMOSIS IGG/BIOLISA TOXOPLASMOSIS IGG**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K318**

LOTE/Lot: **2**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **09/2025**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **11/2026**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360467**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ABSORBÂNCIA BRANCO ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	< 0,100	0,007
ABSORBÂNCIA PADRÃO A ABSORBANCIA ESTÁNDAR A/ABSORBANCE STANDARD A	< 0,100	0,008
ABSORBÂNCIA PADRÃO B ABSORBANCIA ESTÁNDAR B/ABSORBANCE STANDARD B	> 0,200 e < 0,600	0,474
ABSORBÂNCIA PADRÃO C ABSORBANCIA ESTÁNDAR C/ABSORBANCE STANDARD C	> B e < D	0,977
ABSORBÂNCIA PADRÃO D ABSORBANCIA ESTÁNDAR D/ABSORBANCE STANDARD D	> C e < E	1,589

ABSORBÂNCIA PADRÃO E ABSORBANCIA ESTÁNDAR E/ABSORBANCE STANDARD E	> 1,500	1,926
ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL	< 0,100	0,009
ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO CONTROL POSITIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL	> 1,000	1,737

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 21/10/2025

Lívia Souza

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG