

PRODUTO: **CONTROLE DÍMERO D**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K227**

LOTE: **0007**

FABRICAÇÃO: **08/2023**

VALIDADE: **11/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360344**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
Controle Nível 1	Turbidimetria	518	363 - 673	ng/mL
Controle Nível 2	Turbidimetria	7550	6418 - 8683	ng/mL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade