

PRODUTO: **CONTROLE DÍMERO D**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K227**

LOTE: **0009**

FABRICAÇÃO: **05/2024**

VALIDADE: **04/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360344**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
Controle Nível 1	Turbidimetria	562	393 - 731	ng/mL
Controle Nível 2	Turbidimetria	7412	6300 - 8524	ng/mL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/06/2024

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade