



Certificado de Análise Controle da Qualidade

PRODUTO: **FE AUTOMAÇÃO EQUIP**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **EQ209**

LOTE: **4**

FABRICAÇÃO: **09/2024**

VALIDADE: **09/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360395**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

PARÂMETROS	FAIXA ACEITÁVEL	RESULTADO DO LOTE
ANÁLISE FUNCIONAL	DENTRO DOS LIMITES INTERNOS	CONFORME
ASPECTOS VISUAIS	DENTRO DOS LIMITES INTERNOS	CONFORME
ABSORBÂNCIA DO BRANCO	DENTRO DOS LIMITES INTERNOS	CONFORME
LINEARIDADE	DENTRO DOS LIMITES INTERNOS	CONFORME
FATOR DE CALIBRAÇÃO	DENTRO DOS LIMITES INTERNOS	CONFORME
CONTROLE NÍVEL 1	DENTRO DOS LIMITES INTERNOS	CONFORME
CONTROLE NÍVEL 2	DENTRO DOS LIMITES INTERNOS	CONFORME

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/10/2024



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA
Endereço: Rua Teles de Menezes . 92 .
Belo Horizonte MG . Brasil .
CEP 31565-130 . Tel.: +55 (31) 3439.5454
FARM. RESP. Sílvio Wandalsen Arndt - CRF/MG: 7422
CNPJ: 19.400.787/0001-07 .
Indústria Brasileira . Made in Brazil

Equip Reage Produtos Para Laboratório Ltda
Endereço: Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial Adelelmo Corradini
Itatiba – SP | CEP: 13.257-573
Tel: +55(11)4487.1100
CNPJ: 14.327.418/0001-12
SAC: sac@equipdiagnostica.com.br