



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FERRO SÉRICO**
Cód. Referência: **K017**
Lote: **114**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360110**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	109,000	108,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	198,000	197,667
SORO HUMANO 01	9962022	71,000	75,667
SORO HUMANO 02	9982022	70,000	62,333
SORO HUMANO 03	11032022	99,000	106,667
SORO HUMANO 04	11042022	68,000	77,000
SORO HUMANO 05	11062022	79,500	88,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/10/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br