



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FERRO SÉRICO**
Cód. Referência: **K017**
Lote: **115**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360110**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	116,000	128,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	198,000	216,000
SORO HUMANO 01	6692023	107,333	109,667
SORO HUMANO 02	6702023	77,000	78,667
SORO HUMANO 03	6712023	106,333	109,000
SORO HUMANO 04	6722023	70,000	66,667
SORO HUMANO 05	6732023	51,667	50,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br