



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA ERLQUIOSE IGG**
Cód. Referência: **VET040**
Lote: **2/23**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **06/2024**
Registro MAPA: **10.269/2019**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V0112020	Positivo	Positivo
SORO VET 02	V0062022	Positivo	Positivo
SORO VET 03	V0042022	Positivo	Positivo
SORO VET 04	V0122022	Positivo	Positivo
SORO VET 05	V0102022	Positivo	Positivo
SORO VET 06	V0752020	Negativo	Negativo
SORO VET 07	V0082022	Negativo	Negativo
SORO VET 08	V0092022	Negativo	Negativo
SORO VET 09	V0702023	Negativo	Negativo
SORO VET 10	V0062021	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/06/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br