



Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **VETLISA FIV AC/VETLISA FIV AC (96 TESTES)/VETLISA FIV AC (96 TESTES)**REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **VET042**LOTE/Lot: **2/26**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **04/2026**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **03/2027**Registro no MAPA/Registration with MAPA/Registro en MAPA: **10.281/2019**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Within internal limits/Dentro de límites internos	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Within internal limits/Dentro de límites internos	CONFORME De acuerdo/According
ABSORBÂNCIA BRANCO ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	<0,100	0,005
ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL	0,100 a 0,300	0,269
ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO CONTROL POSITIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL	>1,000	1,481

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 14/04/2026

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92

Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG