

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA LEISHMANIOSE IGG**  
Cód. Referência: **VET043**  
Lote: **6/23**  
Fabricação: **10/2023**  
Validade: **10/2024**  
Registro MAPA: **10.264/2019**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V0892023	Positivo	Positivo
SORO VET 02	V0852023	Positivo	Positivo
SORO VET 03	V2252023	Positivo	Positivo
SORO VET 04	V0902023	Positivo	Positivo
SORO VET 05	V2262023	Positivo	Positivo
SORO VET 06	V0912023	Negativo	Negativo
SORO VET 07	V0922023	Negativo	Negativo
SORO VET 08	V1612023	Negativo	Negativo
SORO VET 09	V0932023	Negativo	Negativo
SORO VET 10	V0942023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/11/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br