



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **VETLISA LEISHMANIOSE IGG/VETLISA LEISHMANIASIS IGG/VETLISA LEISHMANIASIS IGG**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **VET043**

LOTE/Lot: **1/24**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **05/2024**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **05/2025**

Registro no MAPA/Registration with MAPA/Registro en MAPA: **10.264/2019**

### Controle de Qualidade do Produto

#### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                                               | Faixa aceitável<br>Rango acceptable / Acceptable range:                                 | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE FUNCIONAL</b><br>ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS                                  | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ASPECTOS VISUAIS</b><br>ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS                                         | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b><br>ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE                                    | <b>&lt; 0,050</b>                                                                       | <b>0.006</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO</b><br>CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL | <b>&lt; 0,450</b>                                                                       | <b>0.24</b>                                               |
| <b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO</b><br>CONTROL POSITIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL | <b>&gt; 1,000</b>                                                                       | <b>2.599</b>                                              |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.  
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 10/07/2024

*Lívia Souza*

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG