



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA LEISHMANIOSE IGG**
Cód. Referência: **VET043**
Lote: **4/23**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **06/2024**
Registro MAPA: **10.264/2019**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V0852023	Positivo	Positivo
SORO VET 02	V0862023	Positivo	Positivo
SORO VET 03	V0872023	Positivo	Positivo
SORO VET 04	V0882023	Positivo	Positivo
SORO VET 05	V0892023	Positivo	Positivo
SORO VET 06	V0912023	Negativo	Negativo
SORO VET 07	V0922023	Negativo	Negativo
SORO VET 08	V0932023	Negativo	Negativo
SORO VET 09	V0942023	Negativo	Negativo
SORO VET 10	V0952023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br