



Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: Leishmaniose VH BIO

Cód. Referência: K218

Lote: 0004

Fabricação: 07/2021

Validade: 12/2022

Registro ANVISA: 10269360334

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	8182021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	8162021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	7892021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	7962021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	7882021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	8092021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	3212021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	7932021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	8032021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	7972021	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 30/07/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br