



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LEISHMANIOSE VH BIO**
Cód. Referência: **K218**
Lote: **11**
Fabricação: **11/2021**
Validade: **11/2023**
Registro ANVISA: **10269360334**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	14672021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	14652021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	14642021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	14602021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	14682021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	14492021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	14482021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 08	14712021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	14802021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	8162021	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/12/2021

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br