



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LEISHMANIOSE VH BIO**
Cód. Referência: **K218**
Lote: **12**
Fabricação: **12/2021**
Validade: **11/2023**
Registro ANVISA: **10269360334**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	15062021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	14802021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	14582021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	14702021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	14482021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	14522021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	14692021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	14552021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	14612021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	14662021	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/12/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br