



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LEISHMANIOSE VH BIO**
Cód. Referência: **K218**
Lote: **13**
Fabricação: **02/2022**
Validade: **01/2024**
Registro ANVISA: **10269360334**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	15062021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	14802021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	0722022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	0652022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	0682022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	15522021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	14782021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	0712022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	13182021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	13172021	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/02/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br