



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LEISHMANIOSE VH BIO**
Cód. Referência: **K218**
Lote: **14**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360334**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	10562022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	10612022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	10292022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	10062022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	10202022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	10082022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	10212022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	10112022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	10262022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	10092022	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br