

PRODUTO: **DENGUE BIO**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K105**

LOTE: **0026**

FABRICAÇÃO: **05/2022**

VALIDADE: **03/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360174**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO HUMANO 01	0192019	IGG NEGATIVO/IGM POSITIVO	IGG NEGATIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 02	4602019	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 03	3632019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 04	3612019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 05	3592019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 06	0242019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 07	4252019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 08	3652019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 09	0182019	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 10	3662019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 11	0212019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 12	3642019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 13	0252019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 14	3622019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 15	0232019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 16	4262019	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO	IGG POSITIVO/IGM POSITIVO
SORO HUMANO 17	5802020	IGG NEGATIVO/IGM NEGATIVO	IGG NEGATIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 18	5812020	IGG NEGATIVO/IGM NEGATIVO	IGG NEGATIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 19	5062022	IGG NEGATIVO/IGM NEGATIVO	IGG NEGATIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 20	5192022	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 21	5272022	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 22	5092022	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 23	5262022	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 24	5072022	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO
SORO HUMANO 25	5082022	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO	IGG POSITIVO/IGM NEGATIVO

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/05/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br