



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **44**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	3492022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	3502022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	16/664	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	16/059	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	16/886	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	16/077	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	16/806	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	16/830	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	16/085	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	16/670	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	2016/067	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	2016/078	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	16/046	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	16/080	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	16/864	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	16/679	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	16/821	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	16/881	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	16/839	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	16/074	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br