



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **DESIDROGENASE LÁTICA LDH UV**

Cód. Referência: **K014**

Lote: **58**

Fabricação: **03/2023**

Validade: **06/2024**

Registro ANVISA: **10269360074**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	248,000	254,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	729,000	776,667
SORO HUMANO 01	3502023	433,667	454,667
SORO HUMANO 02	3532023	265,667	273,000
SORO HUMANO 03	3472023	926,000	980,333
SORO HUMANO 04	3582023	299,333	308,333
SORO HUMANO 05	3642023	403,667	420,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 31/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br