



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **DESIDROGENASE LATICA LDH UV**

Cód. Referência: **K014**

Lote: **59**

Fabricação: **06/2023**

Validade: **09/2024**

Registro ANVISA: **10269360074**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	248,000	259,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	729,000	787,667
SORO HUMANO 01	7332023	615,667	636,000
SORO HUMANO 02	7112023	360,333	362,000
SORO HUMANO 03	7292023	244,667	245,667
SORO HUMANO 04	7302023	698,667	719,000
SORO HUMANO 05	7322023	390,667	406,333
SORO HUMANO 06	7452023	324,000	327,667
SORO HUMANO 07	5552023	768,333	869,000
SORO HUMANO 08	6892023	317,667	321,667
SORO HUMANO 09	7012023	324,333	325,000
SORO HUMANO 10	5572023	404,333	407,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br