



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **DESIDROGENASE LÁTICA LDH UV**

Cód. Referência: **K014**

Lote: **60**

Fabricação: **10/2023**

Validade: **01/2025**

Registro ANVISA: **10269360074**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	242,000	261,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	750,000	779,333
SORO HUMANO 01	11612023	416,000	430,667
SORO HUMANO 02	11712023	445,667	464,000
SORO HUMANO 03	11722023	293,000	311,000
SORO HUMANO 04	12422023	294,000	323,000
SORO HUMANO 05	12432023	284,667	314,333
SORO HUMANO 06	12522023	515,000	541,667
SORO HUMANO 07	12532023	406,667	440,000
SORO HUMANO 08	12552023	343,667	377,667
SORO HUMANO 09	12572023	452,000	489,333
SORO HUMANO 10	12592023	341,667	372,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br