



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **EDTA**
Cód. Referência: **A004**
Lote: **179**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360088**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
COÁGULO	9892022	Ausente	Ausente
HEMÓLISE	9892022	Ausente	Ausente
GLOBAL	9892022	9,987	10,125
HEMÁCIAS	9892022	5,077	5,095
HEMATÓCRITO	9892022	41,965	42,580
HEMOGLOBINA	9892022	13,500	13,565
PLAQUETA	9892022	309,650	292,200

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/09/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br