



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **EDTA**
Cód. Referência: **A004**
Lote: **180**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **07/2025**
Registro ANVISA: **10269360088**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
COÁGULO	10212023	Ausente	Ausente
HEMÓLISE	10212023	Ausente	Ausente
GLOBAL	10212023	8,527	8,673
HEMÁCIAS	10212023	4,153	4,060
HEMATÓCRITO	10212023	41,033	40,567
HEMOGLOBINA	10212023	13,633	13,333
PLAQUETA	10212023	321,333	320,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br