

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **FÓSFORO UV**
Cód. Referência: **K068**
Lote: **49**
Fabricação: **12/2020**
Validade: **12/2022**
Registro ANVISA: **10269360075**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0067	3,300	3,100
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	11,800	11,100
SORO HUMANO 01	0232021	3,100	3,200
SORO HUMANO 02	0242021	3,300	3,500
SORO HUMANO 03	0252021	3,200	3,300
SORO HUMANO 04	0262021	4,767	4,733
SORO HUMANO 05	0332021	4,033	4,233

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/01/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br