

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: FÓSFORO UV
Cód. Referência: K068
Lote: 50
Fabricação: 06/2021
Validade: 06/2023
Registro ANVISA: 10269360075

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0069	2,100	2,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0053	11,000	10,733
SORO HUMANO 01	2762021	4,700	4,667
SORO HUMANO 02	2902021	4,000	3,933
SORO HUMANO 03	3112021	4,700	4,833
SORO HUMANO 04	3222021	5,100	4,833
SORO HUMANO 05	3242021	4,300	4,300

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 16/06/2021



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br