



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FÓSFORO UV**
Cód. Referência: **K068**
Lote: **54**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **08/2025**
Registro ANVISA: **10269360075**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	2,500	2,400
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	7,300	7,433
SORO HUMANO 01	6832023	2,900	2,867
SORO HUMANO 02	6852023	3,800	3,700
SORO HUMANO 03	6982023	2,900	2,800
SORO HUMANO 04	7122023	3,000	2,900
SORO HUMANO 05	7132023	3,000	2,933
SORO HUMANO 06	7162023	3,700	3,633
SORO HUMANO 07	7432023	3,000	2,900
SORO HUMANO 08	7482023	4,600	4,500
SORO HUMANO 09	7492023	4,000	3,900
SORO HUMANO 10	7502023	3,900	3,900

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br