



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FATOR REUMATÓIDE**
Cód. Referência: **K058**
Lote: **62**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360156**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0008	66,700	70,923
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0007	110,700	110,347
SORO HUMANO 01	11012022	10,410	10,410
SORO HUMANO 02	11822022	66,500	69,450
SORO HUMANO 03	11832022	35,530	38,210
SORO HUMANO 04	11092022	30,370	32,993
SORO HUMANO 05	11132022	10,410	10,410

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/10/2022

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br