



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FATOR REUMATÓIDE**
Cód. Referência: **K058**
Lote: **63**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360156**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0008	66,700	65,303
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0007	110,700	99,893
SORO HUMANO 01	14212022	38,017	35,553
SORO HUMANO 02	9002022	50,730	45,190
SORO HUMANO 03	3402023	129,420	135,520
SORO HUMANO 04	3442023	80,093	76,197
SORO HUMANO 05	3632023	237,527	269,273

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br