



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FATOR REUMATÓIDE**
Cód. Referência: **K058**
Lote: **64**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360156**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	66,300	73,217
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	107,500	109,890
SORO HUMANO 01	9052023	197,720	174,270
SORO HUMANO 02	9062023	155,413	141,643
SORO HUMANO 03	9072023	120,503	114,637
SORO HUMANO 04	9082023	114,447	109,957
SORO HUMANO 05	9092023	107,120	103,300
SORO HUMANO 06	9102023	76,640	80,243
SORO HUMANO 07	9112023	63,787	68,877
SORO HUMANO 08	9122023	51,300	58,287
SORO HUMANO 09	9132023	68,847	73,593
SORO HUMANO 10	9142023	66,383	71,467

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br